Manual de Instruções – Andarilho de Joelho

Ref.ª 826175

IMPORTANTE:

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, por favor contacte os seus cuidados de saúde profissional ou distribuidor antes de utilizar este produto.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele aconselhá-lo-á e informá-lo-á sobre a utilização mais apropriada no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO:

O andarilho de joelho destina-se a ser utilizado como dispositivo de mobilidade para ferimentos no pé ou tornozelo onde a área afetada não pode suportar peso ou tem limitações para suportar peso. O andarilho pode ser utilizado pelo próprio paciente sem a assistência de um terço do peso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRECAUÇÕES:

1. Montagem do punho em forma de T
2. Pega plástica
3. Travão de mão
4. Suporte de Cesto Soldado
5. Cesto de Pano com Capa
6. Montagem da barra superior dobrável
7. Lançamento Rápido da Primavera
8. MlO Botão rotativo (em forma de estrela)
9. Parafuso de cabeça sextavada M6*35 (padrão)
10. Montagem de Rolamentos Conjuntos
11. M8 Porca autoblocante
12. Capa de pó
13. Montagem da Plataforma de Joelho

14. Parafuso M8 Knob Screw

15. Quadro principal

16. Mecanismo de travagem traseira

17. Montagem de rodas de 8 polegadas

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

A não observância das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o peso máximo suportado de 136 kg.

- Verificar se todos os componentes estão seguros antes de usar

- Certificar-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.

- Verificar visualmente o produto

- Antes de cada utilização do produto, os travões e as rodas devem ser verificados.

- Verificar a estabilidade da cadeira antes da sua utilização.

- Utilizar apenas em terra nivelada.

- Quando estiver parado, aplicar os travões sobre as rodas.

- Assegurar que os travões são libertados antes de a cadeira ser novamente movida.

- Certifique-se sempre de que o dispositivo está parado e que os travões são aplicados ao transferir de e para o dispositivo.

- Não se incline para fora do dispositivo.

- Verificar as rodas que suportam os travões

- Em caso de peças danificadas, partidas, desgastadas ou em falta, contactar o concessionário.

MONTAGEM & UTILIZAÇÃO:

Depois de desembalar a caixa, primeiro remova o cabo de plástico e o saco de bolhas com tesoura, entretanto atenção para manter as peças sobressalentes e acessórios na caixa longe de serem danificadas. Se efetuar a montagem no chão, colocar um pedaço de papel ou tapete no chão para evitar arranhões, lembrando-se também de distinguir o sobressalente e as

peças dos subconjuntos, e depois remover a caixa interior para retirar as peças e colocá-las em ordem. O que contém a caixa é o mostrado na Figura 1:

FIGURA 1

1. Montagem do cesto de tecido
2. Conjunto de cabos em forma de T
3. Montagem da moldura
4. Kit Toai
5. Montagem de rodas de 8 polegadas
6. Montagem da barra superior dobrável
7. Montagem da Plataforma de Joelho
8. Peças de Spa e Acessório

Segue abaixo o conjunto de ferramentas que acompanha o artigo (Figura 2):

FIGURA 2

Al: uma chave Allen de 5mm

A2: uma chave Allen de 6mm

A3: uma chave de fenda hexagonal

Como mostra a Figura 3 abaixo, o pacote solto de peças sobressalentes e acessórios:

FIGURA 3 (Consulte o número da peça e o nome da peça da figura 3 para a montagem)

B1: Parafuso de transporte M10*58

B2: Parafuso Hexagonal Externo M8*45

B3: Tampa Hexagonal Padrão da Cabeça da Tomada

Parafuso M6*35

B4: Parafuso M8 com Knob em forma de estrela

B5: Capa de Pó de Ferro

B6: M8 Porca autoblocante M8

B7:MlO Knob Nut (em forma de estrela)

B8: Correia de velcro

B9: M6 Porca auto-bloqueante

B10: cp8.Smm Arruela plana

B11: cp8.5 Arruela de molas

B12: Tampa de porca M8

B13: cp6.2 Arruela plana

B14: Tampa de cabeça sextavada padrão

Parafuso M8

Passo 1:

Retirar o B3, o B13 e o B9 e utilizá-los para fixar o conjunto de rolamento da junta, como mostra a Figura 4.

Passo 1:

Como mostra a figura 5, primeiro alinhe o conjunto da barra superior dobrável com o orifício no quadro principal inferior do joelho e depois trancá-lo com o B1 e o B7, e depois pressionar a mola de libertação rápida para fixar



FIGURA 4



FIGURA 5

Passo 3:

Inserir a barra em forma de T no conjunto da barra superior dobrável, como mostra a figura 6, e depois aparafusar a barra B4 e B2 no buraco correspondente para trancar a conexão

FIGURA 6

Passo 4:

Montar os conjuntos de rodas dianteiras e traseiras de acordo com as ordens de peças mostradas na figura 7 com referência a Figura 3 para a montagem das peças



FIGURA 7

Passo 5:

Atar o cabo do travão com uma correia de velcro, como mostra a figura 8.

Passo 6:

Distinguir a frente da retaguarda antes da instalação, como mostra a Figura 9. Alinhar a plataforma do joelho com o ajuste furo de tubo da armação do andarilho, e fechadura de posição com um B4 e B2. A plataforma de joelho instalada deve basicamente manter o nível

Passo 7:

Como mostra a figura 10, colocar os ganchos no cesto do pano através dos dois orifícios do conjunto de haste superior dobrável e bloquear

FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

1. Verificar se a instalação do andarilho é corrigida, consultando o desenho de especificação para comparação

2. Verificar se os acessórios do andarilho estão completamente montados e se existem acessórios desnecessários.

3. Verificar se o andarilho está solto ou não. Se estiver solto, apertar os parafusos e porcas.

4. Verifique também os componentes do andarilho pela sua aparência, para ver se há alguma inclinação, e se há alguma, faça ajustamentos apropriados.

Instruções sobre alguns componentes :

1. Operação de travagem: Como se mostra na figura abaixo:

D1: Estado de utilização normal, travagem desengatada.

D2: Engatar o travão conforme necessário no processo de utilização do andador.

D3: Pressionar a alavanca do travão para manter o estado de travagem.

2. Ajuste da altura da montagem da pega e da plataforma do joelho:

Desaparafusar os B4 e B2 para os ajustar à altura desejada, e depois bloquear no lugar, como mostram as figuras D4 e D5 :

3. Como se mostra nas figuras D6 e D7: o aperto do travão pode ser ajustado ajustando a porca da pega e a porca do travão.

4. Quando a bucha dentro do conjunto de rodas não é concêntrica com o eixo, uma chave de fendas ou uma chave hexagonal pode ser utilizada para

ajustá-lo para ser concêntrico com o eixo e passar por uma M8, aparafusá-lo para o tornar apertado, como mostra a Figura D8/D9/D10.



CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

A falta de cuidado e manutenção do seu produto pode resultar no risco de lesões graves.

- Limpar regularmente à mão o produto (todas as rodas, assentos e fixações) com um pano húmido e um detergente suave e desinfetante. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.

- Secar com um pano limpo, seco e macio.

- O andarilho deve ser completamente revisto todos os anos, com lubrificação obrigatória.

- Recomenda-se que a manutenção do aparelho seja feita anualmente.

- Se o dispositivo estiver sujeito a utilização pesada e/ou utilização num ambiente de múltiplos utilizadores, então recomenda-se que a manutenção do dispositivo seja efetuada mais frequentemente.

- Em caso de avaria, não se deve reparar o produto. Consultar um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIEDADE ©WNERSHIP:

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar igualmente os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. Antes de o fazer, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM:

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: por favor contacte o seu revendedor especializado. se desejar transportar para a sua própria reciclagem, peça à sua empresa local de gestão de resíduos orientações para a eliminação.

ARMAZENAMENTO:

A não observância das condições de armazenamento pode levar à deterioração do produto e, portanto, ao risco de lesões graves.

- Não armazene o seu produto durante um período de tempo prolongado perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.

- Fique longe de chamas e fontes de faíscas.

- Respeite as condições de armazenamento do seu produto :

- Num local seco e temperado

- Proteja o seu produto do pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).

" Armazenar as peças removidas no local sarne (ou localizá-las, se necessário) para evitar misturá-las com outras

produtos quando da remontagem.

- Os componentes Ali devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar quaisquer objetos demasiado pesados sobre os elementos do produto, não encravar nada ...).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:

A esperança de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção para um utilizador. Para além deste período, o produto pode ser utilizado por longas distâncias e ainda se encontra em bom estado. Se o dispositivo for utilizado num ambiente de múltiplos utilizadores (como um lar ou hospital), então a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Dimensões sobreaflinhas	Largura 49,5 (frente) e 24 (costas) x profundidade 76 x altura 91 a 106 cm
Dimensões da plataforma	Largura 20 x profundidade 36 x altura 48,5 a 59 cm
Peso	10,2 kg
Peso máximo suportado	136 kg

GARANTIA:

Este produto é garantido por dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. IDENTIDADES fornecerão peças de substituição para qualquer peça que se tenha partido devido a deficiências de fabrico, desenho ou fabricação. Contacte o distribuidor de quem adquiriu o produto no caso de necessitar de fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, mau uso, alteração, ou desgaste e o rasgão não estão cobertos por esta garantia. Contacte o revendedor a quem adquiriu o produto para aplicar a garantia.

Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou

Poids maximum autorisé
Maximum weight authorized
Peso máximo permitido
136 kg

CE